

平成 2 4 年度大気中の放射性ヨウ素測定結果

調査地点：横須賀港

採取地点	測定結果 (mBq/m ³)			
	第 1 ・ 四半期	第 2 ・ 四半期	第 3 ・ 四半期	第 4 ・ 四半期
小海局	* *	* *	* *	—

注) ヨウ素サンプルに、ろ紙(HE-40T)と活性炭カートリッジ(CHC-50)を装着して大気中の放射性ヨウ素を24時間連続して捕集し、ゲルマニウム半導体検出器によりヨウ素-131の放射能濃度を測定した。

分析値が標準偏差の3倍を超えるものについては数値を記載し、それ以外のものについては* *で示した。

測定結果は試料採取終了時に補正した。